

Nr.	Parametras	Reikšmė
1	Prietaisas	Autoklavas dviejų durų Sterivap HP IL 559-2
2	Gamintojas, kilmės šalis	Sterivap, Čekija
3	Paskirtis	Sieninis dviduris autoklavas skirtas šilumai ir drėgmei stabilių medžiagų sterilizavimui; Medžiagų pakrovimas ir iškrovimas vyksta skirtingose autoklavo pusėse esančiose patalpose
4	Korpusas	Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304L
5	Sterilizavimo kamera	Sterilizavimo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno 316L ir 316Ti
6	Kameros talpa	254 l
7	Sterilizavimo kamera (atsparumas, sauga)	Konstrukcija atlaiko 140 °C temperatūrą; įrengtas apsauginis garo vožtuvas viršslėgio atveju
8	Sterilizavimo režimai	„Gravity“, „Pre-vacuum“ ir „Liquid“ ciklų režimai
9	Garų generavimas	Elektrinis nerūdijančio plieno garų generatorius, naudojantis demineralizuotą vandenį
10	Valdymo ciklai ir režimai	20 gamykloje suprogramuotų standartinių ciklų; galimybė vartotojui konfigūruoti ciklus; budėjimo (stand-by) režimas
11	Ekranas	Spalvotas lietimui jautrus ekranas
12	Duomenų saugojimas ir spausdinimas	Duomenų saugojimas ir eksportavimas SD kortelėje; įmontuotas valdymo panelės spausdintuvas
13	Durų sistema	Vertikaliai slankiojančios durys; sandarinimo jutiklis, neleidžiantis pradėti ciklo, jei durys neuždarytos; durų užraktas, neleidžiantis atidaryti ciklo metu ar esant slėgiui; durų sandarinimas aktyvinamas suspaustu oru be sutepimo; vienerių durų atidarymo saugos sistema
14	Drenažo sistema	Drenažo konfigūracija apsaugo nuo užsikimšimų; automatinė nuotekų vėsinimo sistema iki ≤60 °C; užtikrinamas nuotekų nukenksminimas prieš išleidžiant (atitinka BSL-3 ir BSL-4)
15	Oro išleidimo sistema	Išleidžiamas oras ir garai filtruojami per 0,2 µm filtrą; filtro korpusas pašildomas garais nuo kondensavimosi
16	Saugos ir biologinės izoliacijos reikalavimai	Autoklavas pritaikytas darbui BSL-3 lygio aplinkoje; įrengta papildoma apsauga tarp švarios ir nešvarios zonų; įdiegta apsauginė durų sandarinimo sistema, veikianti ir nutrūkus pagrindinei (apsauginis režimas)