

Nr.	Parametras	Reikšmė
1	Prietaisas	Termocikleris VeritiPro
2	Gamintojas, kilmės šalis	Thermo Fisher, JAV
2	Analizuojamų pavyzdžių kiekis	96 x 0,2 ml PGR mėgintuvėlių arba viena 8x12 plokštelė
3	Bloko temperatūros diapazonas	nuo 0 iki 100°C
4	Dangčio temperatūros diapazonas	nuo 30 iki 110°C
5	Duomenų išvestis	USB, Ethernet
6	Bloko homogeniškumas	$\leq \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ esant 95°C
7	Bloko temperatūros tikslumas	$\pm 0,25^{\circ}\text{C}$
8	Kaitinimo greitis	Bloko temperatūros kitimo greitis 6 °C/s, mėginio temperatūros kitimo greitis 4,4 °C/s
9	2D Gradiento funkcija	Galimybė užprogramuoti 6 skirtingų temperatūrų 30 °C intervale